

<LP ガス用セーバープロ II 定期メンテナンスメニューについて>

定期メンテナンスのメリット

いつもベストな状態に機器を保つためには、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。エイムテックでは、ご購入から4年を目安に定期メンテナンス（オーバーホール）をお勧めいたしております。

定期メンテナンス内容

1. 消耗部品交換

<部品名>

- ケースアッパー
- ケースロアー
- モニターカバー
- プリンタカバー
- 電池フタカバー
- スイッチシート
- スイッチケーブル
- ガスプラグ
- プリンタ用インクカートリッジ
- ボールバルブ
- 加圧用ノズル
- グロメット
- ボタン型電池
- 電池電極板（バネ強化型）

<主な機能>

- 製品ケースの上半分
- 製品ケースの下半分
- 液晶保護の樹脂パネル
- 用紙カバーの樹脂パネル
- 電池ボックスカバー
- 電源ボタンなどのスイッチ全て
- スイッチと基板を結ぶケーブル
- ガスコード接続用のプラグ
- プリンタ用のインクリボン
- 加圧制御用ボールバルブ及びレバー
- 加圧制御用バルブ先端のノズル部
- ノズル保護用ゴム部品
- データ保管用バックアップ電池
- 電池ボックス内の電極板

2. 校正作業

- 圧力校正
- カレンダー設定

3. 機能・動作確認

4. 清掃

5. 点検成績表発行

6. オプション作業（追加費用にて以下の作業も同時に行えます）

- 本体プログラム最新バージョンへのバージョンアップ
- 圧力校正証明書発行

7. その他

- 規定消耗部品以外の取替等の追加整備は、お客様のご要望や製品の使用状況によりメンテナンスさせていただきます。
- 配送費：エイムテックへの送料のみ、発送者様ご負担でお願いいたします。

